

IFA-Ringversuche Lösungsmittel

Tabelle: Auswahl der Lösungsmittel

Schadstoff	Belegung TYP-B-Röhrchen		Belegung NIOSH-Röhrchen	
	in mg/Röhrchen		in mg/Röhrchen	
	min	max	min	max
i-Butylacetat	0,192	38,4	0,077	15,36
n-Butylacetat	0,192	38,4	0,077	15,36
Cyclohexan	0,280	56,0	0,112	22,40
Ethylacetat	0,600	120,0	0,240	48,00
Ethylbenzol	0,176	35,2	0,070	14,08
n-Heptan	0,840	168,0	0,336	67,20
n-Hexan	0,072	14,4	0,029	5,76
n-Octan	0,960	192,0	0,384	76,80
i-Propylacetat	0,168	33,6	0,067	13,44
n-Propylacetat	0,168	33,6	0,067	13,44
Toluol	0,076	15,2	0,030	6,08
m-/p-Xylol	0,176	35,2	0,070	14,08
o-Xylol	0,176	35,2	0,070	14,08

Die aktuellen Luftgrenzwerte für verschiedene Staaten können in der Datenbank www.dguv.de/ifa/gestis-limit-values nachgesehen werden.